Klepp
HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

PORCELAIN ETCH

DESCRIPCIÓN:
Klepp Porcelain Etch es un ácido grabador en gel compuesto por ácido fluorhídrico al 9,5 % para el grabado de la porcelana o cerámica de uso odontológico.
El producto es utilizado para acondicionar las superficies cerámicas con el objetivo de aumentar la adhesión entre el cemento resinoso y la restauración cerámica, favoreciendo la retención y proporciona mayor resistencia a la restauración.

INDICACIONES:
Grabado de superficies cerámicas y vidrio.
En coronas cerámicas sin metal, puentes, carillas de porcelanas, inlays, onlays (en todo tipo de cerámicas que no sean también metálicas).
En ortodoncia para cementar brackets.

COMPOSICIÓN:
Gel a base de ácido fluorhídrico al 48%.

INSTRUCCIONES DE USO:
1.El profesional y el paciente, deberán usar protección ocular.
2.Aisle los tejidos adyacentes y la restauración. Para asegurar una máxima protección se recomienda usar un dique de goma, un sellador para dique de goma y un medio de barrera de ácido/neutralizante.
3.Quite el tapón de la jeringa. Enrosque firmemente una boquilla (punta) a la jeringa asegurando el paso controlado del fluido por la jeringa.
4.Antes de aplicarlo, dispense una pequeña muestra del gel grabador en un bloque de mezcla para asegurarse de que fluye uniformemente y familiarizarse con la cantidad de fluido. Si se experimenta excesiva resistencia al flujo, NO continúe. Reemplace la punta por una nueva y haga la prueba otra vez antes de usarlo con el paciente. Deséchelo inmediatamente para evitar el contacto.
5.Sostenga la jeringa en la mano, esto permite un mayor control que si se sostiene de la manera convencional, con el dedo pulgar en el émbolo.
6.Se deberá colocar la punta del aspirador próxima a la superficie mientras se dispensa el KLEPP Porcelain Etch. Esto asegura la eliminación de vapores irritantes mientras el ácido hace reacción en la porcelana (aproximadamente 1 minuto). Combine con la barrera neutralizante hasta que el color ámbar del grabado desaparezca. El ácido neutralizado se elimina colocando la punta del aspirador próxima a la superficie y luego lavando con spray de agua.

ALMACENAMIENTO:
Temperatura ambiente. Almacenar en un recipiente perfectamente cerrado alejado de la luz solar y el calor.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Precauciones:
1.El profesional, el paciente y el paciente, deberán usar protección ocular.
2.Una superficie linpia, seca y bien grabada es necesaria para una adhesión de calidad.
3.COlocar las tapas de cierre en las jeringas cuando no se usan. Las puntas son descartables.
Precauciones generales:
1.Para uso esclusivo de Profesionales.
2.ANtes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones. Siga las instrucciones.
3.Mantenga siempre los preoductos alejados del calor y de la luz solar.
4.Evite el contacto de las resinas con la piel.
5.Aísle los químicos fuertes del área de tratamiento.
6.Asegúrese de que el paciente no sea alérgico a los materiales.
7.ANtes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
8.Nunca empuje con fuerza el émbolo.
Advertencias:
El ácido fluorhídrico produce un vapor que irrita las vías respiratorias y en exposición crónica puede dañarlas. Klepp Porcelain Etch es un gel que minimiza la dispersión del ácido fluorhídrico y se dispensa de tal forma que minimiza los problemas arriba mencionados. Deben seguirse las instrucciones para asegurarse que se ha eliminado todo el material que puede dañar.

Corrosivo - R34: Causa quemaduras.
Muy Tóxico - R26/28/39: Peligro de efectos irreversibles muy serios por inhalación y si es ingerido

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Contenido neto: 3 gr.

VENCIMIENTO:
24 meses.

www.klepp.com.ar
info@klepp.com.ar